## Konformitätserklärung

1/1/12	. 4.0	Lirmo
vvII	(110	Firma
	, a.o	

Vidal MMI Germany GmbH Monzastr. 4

63225 Langen

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt der Klasse I:

Name: MMI-AMTS-Service

Versionsnummer: 1.0 und nachfolgende Versionen

allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht.

Klassifizierungsregel: Regel 12 gemäß Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG

Gültigkeitsdauer: 26.05.2024

Anbringung der CE-Kennzeichnung:

Herstellerkommunikation, Internetseite, Integratorenhandbuch, Handbuch für Anwender

Rechtsverbindliche Unterschrift

Langen, den 22.03.2021

DocuSigned by:

FA139CD51F5D457...

Marijo Jurasovic

Geschäftsführer (§5 MPG)

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Tel: +49 6103 2076 0

Web: http://www.mmi.de